

## Diagnostiske tillægsydelser

2109	Diagnostisk hysteroskopi
Ny/eksisterende	Eksisterende
Målgruppe/indikation	<p>Kvinder med blødningsforstyrrelser og/eller ved mistanke om rumopfyldende proces eller slimhindepatologi i livmoderhals og/eller livmoderhulen.</p> <p>Blødning efter overgangsalderen (postmenopausal blødning).</p> <p>Kan anvendes, hvis ultralydsscanning ikke giver tilstrækkelig afklaring af livmoderhulen ved gentagne spontane aborter, infertilitet eller inden oplægning af spiral.</p> <p>Kan anvendes til intrauterin spiralfjernelse.</p>
Undersøgelse/behandling	<p>Evt. brug af spekulum</p> <p>Evt. anlæggelse af lokalbedøvelse</p> <p>Hysteroskopet indføres via skeden og livmoderhalsen til livmoderhulen, som visualiseres på monitor.</p> <p>Udvidelsen (dilatation) af livmoderhalsen kan være nødvendig.</p> <p>Journalføring</p>
Særlige forhold	Kan ikke kombineres med 3108 (Fjernelse af spiral fra livmoderhulen) eller 2123 (Hysteroskopisk fjernelse af mindre intrauterine processer ved lokal bedøvelse)
Apparatur	<p>Hysteroskop, monitor, kamera, lyskasse og ledning, infusionspumpe, billede/video dokumentationsudstyr</p> <p>Gynækologiske instrumenter</p> <p>Evt. dilatatorer</p>
Uddannelsesbehov	Undersøgelse og tolkning indgår i dag i speciallægeuddannelsen.
Klinikpersonale	Klinikpersonale skal være til stede.
Utensilier	Materiale til lokalbedøvelse, sterilt saltvand og infusionsæt.
Kvalitetssikring	<p>Guidelines fra DSOG følges:</p> <p><a href="http://www.dsog.dk">www.dsog.dk</a></p> <p>Når national database etableres, indberettes til denne.</p>
Patientinformation	Mundtlig information